

1-66

1-67-15лок

22.06.18г.

показаний 45260

10. Сведения о приемке

Счетчик воды ВСКМ 90 - 32 ДГ заводской № 306101921 соответствует техническим условиям ТУ 4213-001-77986247-2005 и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска 26 сентября 2017 г.

ООО «ПК Прибор»
г. Москва

11. Сведения о поверке

Счетчик на основании результатов первичной поверки, признан годным и допущен к эксплуатации.

М.П. III
1ГКХ7
М

Поверитель Рич
(подпись)


Миронов С.И.

Дата поверки в III квартале 2017 г.

12. Сведения о периодической поверке

Дата поверки	Результаты поверки	МПИ	Оттиск клейма	Подпись и Ф.И.О. поверителя

13. Габаритные и присоединительные размеры



Условное обозначение счетчика	L, мм	L1, мм	H, мм	H1, мм	B, мм	D1, дюйм	D, дюйм	Масса, кг, не более
ВСКМ 90 - 25	260	383	120	190	105	G 1 1/4	G 1	2,20
ВСКМ 90 - 32	260	387	120	190	105	G 1 1/2	G 1 1/4	2,50
ВСКМ 90 - 40	300	432	155	245	125	G 2	G 1 1/2	4,50
ВСКМ 90 - 50	300	448	185	270	125	G 2 1/2	G 2	6,00