

Мирный 23.

Без кал


1648656

φ 32/32

ТЭМ-104

ТЕПЛОСЧЕТЧИК

ППМ



ПАСПОРТ
АРВС.746967.039.000ПС

 **АРВАС**



Обозначение	Наименование и условное обозначение	Количество, шт.				Примечание
		Исполнение ТЭМ-104				
		1	2	3	4	
ГОСТ 22043	или шпилька М16 x 190 или М16 x 300	4	8	4	8	Для ПРПМ
ГОСТ 5927	Гайки М12	8	16	8	16	Д15, Д25
	или гайки М16	8	16	8	16	Д32-Д80
	или гайки М20	16	32	16	32	Д100
	или гайки М24	16	32	16	32	Д150
ГОСТ 7805-70	болт М6х16	2	4	2	4	
ГОСТ 5915-70	гайка М6	2	4	2	4	
ГОСТ 11371-68	шайба 6	4	8	4	8	
Комплект ЗИП						
Вставка плавкая ОЮО.480.003 ТУ	ВНТ19-0.5А 250В	1	1	1	1	В соответствии с заказом
Кабель для внешнего подключения интерфейса RS-232C						
Кабель для внешнего подключения принтера						
Теплосчётчик ТЭМ-104, Паспорт АРВС 746967.039.000 ПС		1	1	1	1	
Теплосчётчик ТЭМ-104, Руководство по эксплуатации АРВС 746967.039.000 РЭ		1	1	1	1	
Теплосчётчик ТЭМ-104, Методика поверки АРВС 746967.039.000 МП						
«Инструкция по монтажу теплосчетчиков ТЭМ-104, ТЭМ-106». АРВС 746967.037.000 ИМ		1	1	1	1	

Содержание драгоценных материалов (определено комиссионно) в теплосчетчике ТЭМ-104 составляет: золота - 0,17427012 г; серебра - 0,175612702 г.

2 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Теплосчетчик ТЭМ-104 № 1648656 соответствует техническим условиям ТУ 4218-004-52392185-04 и признан годным для эксплуатации.

Теплосчетчик ТЭМ-104-7-2-ПРПМ-32-1-0-0-1-0
ПРПМ-32

Пределы относительной погрешности индукционных каналов при измерении расхода (объема) в диапазоне расходов:

ПЕРВИЧНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ G1 № 118493

от 0,60 м³/ч до 30,0 м³/ч не более ± 2 %;

от 0,075 м³/ч до 0,60 м³/ч не более ± 5 %;

ПЕРВИЧНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ G2 № 118494

от 0,60 м³/ч до 30,0 м³/ч не более ± 2 %;

от 0,075 м³/ч до 0,60 м³/ч не более ± 5 %;

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ РАСХОДА G3 _____ № _____

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ РАСХОДА G4 _____ № _____

ИЗМЕРИТЕЛЬНО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ БЛОК ИВБ № 1648656

ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ № 118218

ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ № 118218

ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ № _____

ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ № _____

ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ № _____

ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ № _____

Дата изготовления 04 сентября 2017 г.

ОТК [подпись]

Дата упаковки _____ г.

ОТК-5

М. П.