

Саянское ОТДЕЛЕНИЕ

Саянское отделение фирмы "Энергосбыт" - филиал ПАО Иркутскэнерго, 666303, Иркутская обл., г. Саянск, мкр Мирный, дом № 30,

АКТ № 1137

Периодической проверки узла учета тепловой энергии, теплоносителя

Время 10 ч 00 мин

« 24 » Апрель 2017 г.

Мной, представителем Единой теплоснабжающей организации ПАО «Иркутскэнерго», произведен технический осмотр приборов учета тепловой энергии и теплоносителя, установленных у потребителя:

Население г. Саянск тепло
(наименование потребителя)

№ договора теплоснабжения: САСПТ0000210

по адресу: 666303, обл Иркутская, г Саянск, мкр Строителей, дом № 13

Тепловые нагрузки (Гкал/ч):

$Q_{от} = 0,7998$; $Q_{в} =$; $Q_{гвс} = 0,6210$; $Q_{тех} =$; $Q_{сумм} = 1,42083$;

и проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено:

1. Приборы и оборудование узла учёта соответствует проекту № _____
ненужное зачеркнуть
от « _____ » _____ г., и требованиям действующего законодательства (п. 66 «Правил коммерческого учета тепловой энергии и теплоносителя»).

2. Схема учета с указанием алгоритма расчета (формула) соответствует
ненужное зачеркнуть

3. Место установки приборов учета
Тепловой узел ТУ-1

4. Характеристики трубопроводов тепловой сети от границы балансовой принадлежности до места установки приборов учета:
протяженность $L =$ _____ м; диаметр $Dy =$ _____ м.

5. Приборы учета находятся в исправном состоянии, что подтверждается представленной ведомостью параметров потребления за 7 суток.

6. Выявленные нарушения: нет

Вывод:

На основании изложенного узел учёта тепловой энергии и теплоносителя

Допущен

ненужное зачеркнуть

в эксплуатацию с момента подписания акта до « 24 » апрель 2018 г. в следующем составе и пломбируется

№	Наименование и тип приборов учета	Заводской номер	Пределы измерений, min/max	Дата очередной поверки		№ пломбы	Показания приборов учета на момент ввода в эксплуатацию
				Предыдущей	Очередной		
	ТЭМ-104	1443495		09.03.2017	09.03.2021	<u>23191678</u>	W1= <u>476</u> Гкал
	ПРП	76873		09.03.2017	09.03.2021	<u>23191677</u>	W2= _____ Гкал
	ПРП	76878		09.03.2017	09.03.2021	<u>23191610</u>	V1= <u>2714</u> м3
	ТСПА-К	1346885Г		09.03.2017	09.03.2021	<u>23191656</u>	V2= <u>2704</u> м3
	ТСПА-К	1346885Х		09.03.2017	09.03.2021	<u>23191649</u>	G1= <u>3.5</u> м3/ч
						<u>23191638</u>	G2= <u>3.4</u> м3/ч
							t1= <u>66</u> оС
							t2= <u>50</u> оС
							P1= <u>0.2</u> кгс/см2
							P2= <u>0.5</u> кгс/см2
							Tr= <u>7.22</u> ч

1. Узел учета оснащен / не-оснащен телеметрическим оборудованием.

ненужное зачеркнуть

2. Телеметрическое оборудования находится в работоспособном / неработоспособном состоянии.

ненужное зачеркнуть

3. ООО «Иркутскэнергосбыт» предоставлен / не предоставлен доступ к дистанционной системе

ненужное зачеркнуть

для снятия и контроля показаний



В течение 7 суток Вам необходимо предоставить доступ ООО «Иркутскэнергосбыт» к имеющейся дистанционной системе для снятия и контроля показаний.

4. Руководителю предприятия (организации) назначить своим приказом лицо, ответственное за эксплуатацию средств измерений узла учёта.

5. Перед каждым отопительным периодом и после очередной поверки или ремонта приборов учета осуществить проверку готовности узла учета к эксплуатации, с составлением акт периодической проверки.

Представитель Единой теплоснабжающей организации ПАО «Иркутскэнерго»

(должность, контактный телефон)

Кравченко И.Л.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Ответственный представитель потребителя

(должность, контактный телефон)

Шинкоренко Е.В.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Ответственный представитель управляющей компании

(должность, контактный телефон)

Швицко И.С.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)